- 4) che, in caso di richiesta di by-pass alla sala sperimentale, si impegna direttamente, o tramite la persona da lui delegata per iscritto, a far accedere all'area soltanto le persone autorizzate, consapevole che comunque non devono essere presenti simultaneamente nell'area più di due persone;
- 5) che si impegna a controllare che, alla fine del turno, tutti i partecipanti depositino i propri dosimetri nelle apposite bacheche e si impegna ad avvisare il Servizio di Radioprotezione se alcuni dosimetri non fossero stati utilizzati durante il turno per eventuale assenza di una o più persone;
- 6) che tutte le persone che costituiscono il gruppo e che lavorano con rischio da radiazioni ionizzanti sono classificate dal punto di vista della Radioprotezione e sono responsabili della piena osservanza delle norme ad esse impartite e di ogni altra misura adottata nei Laboratori ai fini della sicurezza individuale e collettiva (art. 118, comma 2), lettera b), del D.Lgs. n. 101/2020);
- 7) che le condizioni sperimentali saranno le seguenti:

Ione accelerato	Tensione (MV)	Energia (MeV)	Corrente (nA)	Bersaglio	Reazione	Fascio cont/puls	Canale

8) di comunicare al Servizio di Radioprotezione ogni variazione di attività rispetto a quanto dichiarato.

Il sottoscritto richiede inoltre, per il turno, la disponibilità delle seguenti sorgenti radioattive:

Sorgenti gamma _____	Sorgenti X _____	Sorgenti α _____
Sorgenti β _____	Sorgenti di n _____	Altro _____

Firma

NB: Si ricorda che lo stato di gravidanza delle lavoratrici va comunicato tempestivamente non appena accertata. (D. Lgs 101/2020 Art. 111, comma 1), lettera e)